

Fecha Recepción: _____ Remisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
 Código Equipo: DM200 915 254 Fecha Inicio: 11/05/22 Fecha Fin: 11/05/22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI: NO: **FECHA INICIO AISLAMIENTO**: _____ **FECHA FIN AISLAMIENTO**: _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORGANO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUELAS	OBSERVACIONES				
					DESCONEXION (S/A)			PILO (S/A)			"FUGA A D" (S/A)			RELLAS			FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	
					(S-1)	(S-2)	(S-3)	(S-4)	(S-5)	(S-6)	(S-7)	(S-8)	(S-9)						(S-10)	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba			Generó Alarma			No	Si		Cual?										
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	3. ESTADO DE MANDUERAS			Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	Malo							
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																				
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES																				
7. CONTROL DE TEMPERATURA																				
8. CONTROL DE SOBRECARGA																				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga + 0 (Diario Fugómetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - LD - ES)	
2	Fuga Manual	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (L1-LS-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Detonar manguera de salida de aire del compresor	

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORGANO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUELAS	OBSERVACIONES				
					DESCONEXION			PILO			"FUGA A D"			RELLAS			FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	
					(S-1)	(S-2)	(S-3)	(S-4)	(S-5)	(S-6)	(S-7)	(S-8)	(S-9)						(S-10)	
 FIRMA MANTENIMIENTO																				