



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 GND-MAN-PP-026
 Versión: 1 Fecha Actualización: 03/08/2010
 Página 1 de 2

Fecha Recepción: _____ Revisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equipo: **SN0137945** Fecha Inicio: **13/07/20** Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NOX FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASE/GRADO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI. REPORTE	REPUESTO/CAMBIO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PRUEBAS DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OSÍMETRO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BOMBILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (2-4)	Fuga (2-4)	"Fuga a 0" (2-4)				BARR (2-10)	WARR (2-10)		
2437B	6.4	95.7												
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No	Si	Cual?						
2. RUIDO EXTRAÑO		Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	Malo			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno		Con Sobrecalentamiento								

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 3.5 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otro:		
7	Otro:		
Descripción del defecto identificado			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Pulsar "0" (Cerrar Alarma)	Se verifica activación de alarmas (L1-L3-E5)	
2	Pulsar Muestra	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo) (L1-L3-E5)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de fuga	Desconexión línea eléctrica	
5	Activación de válvula de aire	Operar manguera de salida de aire de compresor	
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OSÍMETRO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BOMBILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (2-4)	Fuga (2-4)	"Fuga a 0" (2-4)				BARR (2-10)	WARR (2-10)		
2437B	6.4	95.7												Fuera Correctamente v.ghm E.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO