

		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO Código: 042-000-01-001 Revisión 1 Fecha Actualización: 05/06/2018 Página 1 de 3	
Fecha Recepción	Revisión #	Año del Mantenimiento				No. Orden	
Código Equipo	M-9763		Fecha Inicio	14/05/22	7:35	Fecha Fin	14/05/22 9:16
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X		FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HIGIENIZACIÓN	PRESIÓN	CÓDIGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RUELAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión			ALARMA	FILTROS	BASE			CÓDIGO DE BARRAS		
					(SI-NO)	PIA	"Fuga a S"						BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)	(SI-NO)
SI	62	95-2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. preventivo		
1. DECLADO		Tiempo de la prueba		90min		Generó Alarma		SI		Cuel?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO		3. ESTADO DE MANGUERAS		BUENO		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI			
4. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		BUENO		7. CONTROL DE TEMPERATURA		BUENO		SI		Con Smbocafrelectivo					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si en agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Cierre Fugiventa)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L5 - E2)	BUENO
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED azul y (S.L-5-E5)	BUENO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	BUENO
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	BUENO
5	Activación de válvula de alivio	Operar manguera de salida de aire de compresor	BUENO
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HIGIENIZACIÓN	PRESIÓN	CÓDIGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RUELAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión			ALARMA	FILTROS	BASE			CÓDIGO DE BARRAS		
					(SI-NO)	PIA	"Fuga a S"						BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)	(SI-NO)
SI	62	94-2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Fuero Carentemente W. Morán			
FIRMA MANTENIMIENTO															