ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAC-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Revisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	2-18070 0000 86	Fecha Inicio	14/05/22 7:36	Fecha Fin	14/05/22 9:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

			filtro Lateral			X		Si X		No	
								Si		No	
								Si		No	
								Si		No	
								Si		No	
								Si		No	
								Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-6s)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-4s)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0-4s)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (S - No)	FILTROS (S - No)	BASE (S - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (S - NO)	RUEDAS (S - No)	OBSERVACIONES
	16195	6.4	94.7	5l	5i	5i	ES	S	N	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	X	SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Sanas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descriptors del diagnóstico identificado	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarilla y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-6s)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-4s)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0-4s)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (S - No)	FILTROS (S - No)	BASE (S - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (S - NO)	RUEDAS (S - No)	OBSERVACIONES
	16196	6.3	94.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funcona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO