



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: OAD-MAN-FR-008
Versión: 1
Fecha Actualización: 03/06/2018
Página: 1 de 2

Fecha Recepción: _____ Remisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: **M-3608B** Fecha Inicio: **16/05/22** 11:01 Fecha Fin: **16/05/22** 12:04

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI REPORTE	RESPUESTO DAMNADO
			filtra lateral	2	SI	NO
			filtra central	2	SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PALENTE

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DESGRND	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fuga a F" (SI-NO)				SI-NO	SI-NO		
2022	5.7	77.6	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	Man. Correctivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		20min	Generó Alarma		NO			X		Cual?	E1	
2. RUÍDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		X			4. SISTEMA DE REFRIGERACION		NO	Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI	Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	4.9V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros:		puente
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: **Mantenimiento Compresor**

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cierre Regámetro)	Se verifica activación de alarmas (L1-L2-E3)	ES
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (L1-L2-E3)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de fuga	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DESGRND	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fuga a F" (SI-NO)				SI-NO	SI-NO		
2022	6.39	95.5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	funciona correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: **Beltrame**