OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Código Equipo	RM-4149B	Fecha Inicio	17/05/22 9:09	Fecha Fin	17/08/22 10:53

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

CALAY	DANO	BASE DAN	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	ENTREGA CAMBIO		
			filtro Central	1		Si	X	No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

INFORMACION REPORTADO POR EL PROVEEDOR DE SERVICIO

DETALLE DE LA ACTIVIDAD REALIZADA POR EL TECNICO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 93%)	FLUJOMETRO (30-4Lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-1Hz)	Pila (0-4Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5)	FILTROS (5)	BASE (5)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5)	MANIJA (5)	RUEDAS (5)	OBSERVACIONES
	13367	6	48.1	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Generó Alarma	No X	Si	Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	Lo
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 93%)	FLUJOMETRO (30-4Lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-1Hz)	Pila (0-4Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5)	FILTROS (5)	BASE (5)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5)	MANIJA (5)	RUEDAS (5)	OBSERVACIONES
	13795	6	93.1	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.