



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 GAD-0001-R-010
 Versión: 1
 Fecha Actualización: 02/08/2010
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: _____ Remisión #: _____ Asistir Mantenimiento: _____
 No. Orden: _____
 Código Equipo: **M-87B13** Fecha Inicio: **17/05/22** Hora: **8:47** Fecha Fin: **17/05/22** Hora: **10:29**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA

SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
SI	NO			
SI	NO			
SI	NO			
SI	NO			
SI	NO			
SI	NO			

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FILLUMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)	REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	BARRAS (SI-NO)	BARRAS (SI-NO)	BARRAS (SI-NO)		
	1576	64	910	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mont. preventiva
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Generó Alarma		SI		Causa?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO		X									
3. ESTADO DE MANGUERAS		SI		NO		X									
4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI		NO		X									
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		BUENO													
7. CONTROL DE TEMPERATURA		BUENO													

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila B.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión acústica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otras:		
7	Otras:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Clara Rojivista)	Se verifica activación de alarma (LI - LO - ES)	SI
2	Flujo Normal	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED azulita y (LI-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Chequear manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otras:		
7	Otras:		
8	Otras:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FILLUMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)	REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	BARRAS (SI-NO)	BARRAS (SI-NO)	BARRAS (SI-NO)		
	1576	64	910	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Fuera correctamente Wilmaly