ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GADHMAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-3868	Fecha Inicio	18/05/22 7:31	Fecha Fin	18/05/22 11:52

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FECHA	BAÑO	CLASE BAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES CAUSA POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED)	REJILLAS (5 - Lts)	FILTROS (5 - Lts)	BASE (5 - Lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - MO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5 - MO)	RUEDAS (5 Lts)	OBSERVACIONES
	13648										NO			

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	NO arranca compresor												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno			Con Sobrecalentamiento				

PRUEBAS FUNCIONALES

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado	

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Bolinera	2		Manguera Fluvio 6	3
	Bolinera rodamiento	2			
	Cinta	1			

PRUEBAS FUNCIONALES SALIDAS

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E5)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E5)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED)	REJILLAS (5 - Lts)	FILTROS (5 - Lts)	BASE (5 - Lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - MO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5 - MO)	RUEDAS (5 Lts)	OBSERVACIONES
	13648	6.3	93.2	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO