



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 OX-001-001
 Versión 1
 Fecha Actualización: 03/06/2019
 Página 1 de 2

Fecha Emisión: _____ Remisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____
 Código Equipo: **M-40583** IDENTIFICACION DEL EQUIPO Fecha Inicio: **12/01/22** 7:31 Fecha Fin: **12/05/22** 10:58 No. Orden: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI: _____ NO: **X** FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	SI	NO	DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA FIN AISLAMIENTO	SI REPORTE	REQUERIDO CAMBIO

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORIZONMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0"	REJILLAS (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)	BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)			
1361	66	948	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	17 Mont. preventivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min		Genero Alarma		X		Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS				Moles		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI	NO	
3. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno													
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno													
	5. Con Sobrecalentamiento													

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se aguda o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cama Fuerte)	Se verifica activación de alarmas (LL-L0-E5)	
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-L0-E5)	EX
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	lo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de aire	Checkear manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORIZONMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0"	REJILLAS (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)	BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)			
1362	66	942.60	SI	SI	SI	SI	EX	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Cometo Firma mantenimiento Wilmar G.