ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualización: 05/05/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	MN-496	Fecha Inicio	19/05/22 7:32	Fecha Fin	19/05/22 12:08

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	CAMBIO	REPARACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	DIRECTA	REQUIERE CAMBIO		
			Cable de poder	L		SI		No
						SI		No
						SI		No
						SI		No
						SI		No
						SI		No
						SI		No

CONTROL MANTENIMIENTO (DIFERENTE DE SERVICIO)

OBSERVACIONES ADICIONALES ESTADO BOMBA ANTES

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 93%)	FLUJOMETRO (50-60)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50-60)	Pila (50-60)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (50-60)	FILTROS (50-60)	BASE (50-60)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50-60)	MANGA (50-60)	RUEDAS (50-60)	OBSERVACIONES
	19614	6.6	70.2											

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	30 Segundos	Generó Alarma	No		SI	X	Cual?	El
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Targeta principal	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rejilla metro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir mangueira de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 93%)	FLUJOMETRO (50-60)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50-60)	Pila (50-60)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (50-60)	FILTROS (50-60)	BASE (50-60)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50-60)	MANGA (50-60)	RUEDAS (50-60)	OBSERVACIONES
	19619	6.7	94.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funcionamiento Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO