



# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
 Código: OAD-MMA-PR-005  
 Versión: 1 Fecha Actualización: 06/01/2019  
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: \_\_\_\_\_ Remitido a: \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_

Código Equipo: **17205525704** Fecha Inicio: \_\_\_\_\_ Fecha Fin: \_\_\_\_\_

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA:  SI  NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_ FECHA FIN AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_

FALLA	DIAGNÓSTICO	CLASIFICACIÓN	CANTIDAD	REPORTE	REPARADO	REEMPLAZADO

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ORIGEN	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (D-04)	Pila (D-04)	"Flejo a P" (L-03)				BARRA (D1-04)	MANEJA (D1-04)		

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: \_\_\_\_\_ Generó Alarma:  No  Si  Cual? \_\_\_\_\_

2. RUIDO EXTRAÑO:  SI  NO 3. ESTADO DE MANGUERAS:  Buenos  Malas 4. SISTEMA DE REFRIGERACION:  Bueno  Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: \_\_\_\_\_

6. ESTADO DE LAS CONDICIONES: \_\_\_\_\_ 7. CONTROL DE TEMPERATURA:  Buena  Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: \_\_\_\_\_

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flejo = 0 (Cierre flejómetro)	Se verifica activación de alarma (L1 - L0 - E5)	
2	Flejo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L0-E5)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flejo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ORIGEN	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (D-04)	Pila (D-04)	"Flejo a P" (L-03)				BARRA (D1-04)	MANEJA (D1-04)		

FIRMA MANTENIMIENTO: \_\_\_\_\_