



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
SAC-MAI-FR-008  
Versión 1  
Fecha Actualización: 03/26/2013  
Página 1 de 2

Fecha Recepción: Remisión # Auxiliar Mantenimiento No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
Codigo Equipo: **MN-1437B** Fecha Inicio: **18/05/22 9:02** Fecha Fin: **20/05/22 11:57**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO **X** FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CAMBIOS, N. REPORTE, SUPUESTO CAMBIADO. Includes a section for 'DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE'.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes: '17 ent. Correcto', '40 min', 'Buena', 'Si', 'Con Sobrecalentamiento'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma' with handwritten results.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entry: 'T4mmE', '2'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo F (Cama Fuzonera)', 'Flujo Maestro', 'Desconexión alarma', 'Desconexión tarjeta de flujo', 'Activación de válvula de alivio'.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes: 'Funciona Correctamente', 'Wihua G'.