



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: OAD-4012-FR-008
Version: 1
Fecha Actualización: 03/08/2014
Página: 1 de 1

Fecha Recepción: [] Retiro # [] Aprob. Mantenimiento: [] No. Orden: []

Identificación del Equipo: Código Equipo: **MN-4950B3** Fecha Inicio: **17/05/22** 10:02 Fecha Fin: **22/05/22** 12:13

Equipo contaminado por posible plaga: SI [] NO [x] FECHA INICIO AISLAMIENTO: [] FECHA FIN AISLAMIENTO: []

Table with columns: FALLA, DADO, CLASE DADO, DESCRIPCION, CANTIDAD, SI, REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes rows for various components like Filtros, Mangueras, etc.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

Main diagnostic section with sub-sections: 1. CICLADO (Time: 47 min), 2. RUIDO EXTRAÑO (Si: X), 3. ESTADO DE MANGUERAS (Buena), 4. SISTEMA DE REFRIGERACION (Buena), 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES (Buena), 7. CONTROL DE TEMPERATURA (Buena).

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila S.S.V.', 'Prueba de Fugas', 'Control eléctrico', 'Prueba de alarma' with results like 'Si', 'No', 'Buena'.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entry: 'Pompa 2'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo +0 (Cierre Flujo)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', etc.

Final diagnostic section with sub-sections: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten notes: 'Funciona Constantemente' and signature 'W. Lopez'.