



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
DAD-MAN-FR-008  
Versión 1 Fecha Actualización: 05/06/2019  
Página 1 de 2

Fecha Revisión: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

Código Equipo: **mu-4517B** Fecha Inicio: **12/05/22** Hora: **11:20** Fecha Fin: **23/01/22** Hora: **9:30**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO **X** FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: DAÑO IDENTIFICADO, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes handwritten entry: **filtro lateral**

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, ONIBOM, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BUSE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes: **627 5.2 77.0 5.1**, **109 min**, **Buena**, **Si**, **Con Sobrecalentamiento**, **Mont. Correcto**

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests: Estado Pila S.E.V., Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Prueba de alarma. Results: **Si**, **OK**, **OK**, **OK**, **fuerte**

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entries: **Tamiz**, **Reserva tamiz**

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests: Flajo a 0, Flajo México, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flajo, Activación de visual de status. Results: **ES**, **NO**, **Activa**, **Activo**, **Activo**

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, ONIBOM, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BUSE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes: **627 6296.0 5.1**, **Si**, **Si**, **ES**, **Si**, **Si**, **Si**, **NO**, **Si**, **Si**, **Correcto funcionamiento**, **Wilmery**