

<b>OxPro</b>		<b>ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES</b>				FORMATO Código: 04D-MAN-FR-039 Versión: 1 Fecha Actualización: 05/05/2016 Página 1 de 2	
Fecha Remisión	Revisión #	Auxiliar Mantenimiento	No. Orden				
Código Equipo	MM-109413		Fecha Inicio	13/05/2012	B.M.F.	Fecha Fin	23/05/2012
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
ALTA INHIBICIÓN DE MANTENIMIENTO		Plata Central Base					

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Disponibilidad	Pila	"Fuga a 0"				BASE	MANEJA		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)		
	6.3	6.3	89.0	SI	SI	SI	Lo	SI	SI	NO	SI	SI	SI	mant. Correctivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		45 min		Genero Alarma		No							Lo
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno						4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fuga	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
101012	tomiz	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Clima Fujiméxico)	Se verifica activación de alarmas (L1-L2-E5)	Lo
2	Fuga Manual	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E5)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Destruir manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Disponibilidad	Pila	"Fuga a 0"				BASE	MANEJA		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)		
	6.6	6.6	96.2	SI	SI	SI	Lo	SI	SI	NO	SI	SI	Correcto funcionamiento	
FIRMA MANTENIMIENTO: <i>Wibmar</i>														