



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 10
Codigo: GAG-0007R-009
Versión: 1
Fecha Actualización: 05/06/2018
Página: 1 de 2

Fecha Revisión: _____ Revisado por: _____ Asesor Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: **NW-29685** Fecha Inic: **24/05/22** @-42 Fecha Fin: **24/05/22** 10:26

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						No
						No
						No
						No
						No
						No
						No
						No
						No
						No

DETALLES ADICIONALES (DADOS POR PACIENTE)

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE MANTENIMIENTO	HORIZONTALIDAD	PRESION	DEBIDO	FILTRAMENTO	PRUEBAS DE ALARMA						CODIGO DE BARRAS	RUIDOS	OBSERVACIONES
					DESCOMPOSICION	PIZA	TEMPERATURA	REGULAS	FILTROS	BASE			
24/05/22	6.695.4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. preventivo
1. CICLADO													
2. RUIDO EXTRAÑO													
3. ESTADO DE MANGUERAS													
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES													
7. CONTROL DE TEMPERATURA													

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Prueba Fuga	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
2	Conexión eléctrica	Se verifica las conexiones eléctricas del equipo	OK
3	Conexión hidráulica	Se verifica las conexiones hidráulicas del equipo	OK
4	Prueba de alarma	Se verifica activación del equipo y sonido	OK
5	Otros		parte

CODIGO	DESCRIPCION	REPUESTOS DE USUARIOS	DESPACHOS

No.	Prueba / Situación	Descripcion	Resultado
1	Prueba # 2 (Carga Neumática)	Se verifica el estado de alarma (L1, L2, E2)	E2
2	Fuga Máxima	Se verifica extracción de aceite visual y sensor LED Rojo y LED amarillo y ALL-LED	L2
3	Desactivación eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desactivación estado de fuga	Desactivación tres alarmas	OK
5	Activación de válvula de aire	Chequeo manguera de salida de aire de compresor	OK

PARAMETROS DE MANTENIMIENTO	HORIZONTALIDAD	PRESION	DEBIDO	FILTRAMENTO	PRUEBAS DE ALARMA						CODIGO DE BARRAS	RUIDOS	OBSERVACIONES
					DESCOMPOSICION	PIZA	TEMPERATURA	REGULAS	FILTROS	BASE			
24/05/22	6.293.5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Conceto Fuerza armada Wilmar