



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: OAD-MAN-PR-028
Versión: 1
Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2

Fecha Recepción, Remisión #, Auxiliar Mantenimiento, No. Orden

Identificación del Equipo: Código Equipo (NOV-3144 B), Fecha Inicio (24/05/22), Fecha Fin (24/05/22), 7:55, 9:18

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI, NO (X), FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, BARRO, CLAM/BARRO, DESCRIPCION, CANTIDAD, EL REPORTE, REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

Table with columns: En Mantenimiento (HIDROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes like 'Mont. preventivo'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Flujo = 3 (Carga Normal)', 'Flujo Menor', etc.

Table with columns: En Mantenimiento (HIDROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes like 'Funciona Correctamente' and a signature.