



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: (SAD)MNF-003
Versión: 1 Fecha Actualización: 03/08/2016
Página 1 de 1

Fecha Revisión: Remediador # Auxiliar Mantenimiento No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Codigo Equipo: **MAP-4170B** Fecha Inicio: **27/05/22 9:55** Fecha Fin: **27/05/22 11:24**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO **X** FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, SI, REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes rows for various equipment checks.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR AGENTE

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLOUIMETRÍA, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for pressure (4.2), oxygen (50.2), and test results.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estatón Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', and 'Prueba de alarma' with results like 'Buena', 'OK', and 'fuerte'.

Descripción del Registros Identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes entry for 'Refrigerante R12' with quantity 3.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo #0 (Carga Noche)', 'Flujo Maestro', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de flujo', and 'Activación de vibrado de aire'.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLOUIMETRÍA, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for pressure (6.2) and oxygen (97.7), and a signature 'Wilm G'.