



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Código: SAC/AM/FR/08  
Versión: 1 Fecha Actualización: 03/08/2019  
Página 1 de 2

Fecha Recepción:      Remisión #:      Auxiliar Mantenimiento:      No. Orden:     

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO  
Código Equipo: **M-27843**      Fecha Inicio: **31/05/22**      Hora: **8:49**      Fecha Fin: **31/05/22**      Hora: **10:32**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA:  SI     NO    FECHA INICIO AISLAMIENTO:      FECHA FIN AISLAMIENTO:     

FALLA	BAND	CLASE DANO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI. REPORTE	REPUERTO CAMBIADO
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No

DATOS ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PRUEBAS DE ALARMA

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OSCILOSCOPIO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fuga a S" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	BARRA (SI/NO)		
3005	60	950	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min	Genero Alarma	No	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno	X	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	Mala	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

COODIGO	DESCRIPCION	CANT	COODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Cierre fugitivo)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Fuga Máxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo + (LL-LO-ES))	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión sensor de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de pilotaje	Ocultar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OSCILOSCOPIO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fuga a S" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	BARRA (SI/NO)		
3005	6194.7	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Fuerza Correcamente Firma MANTENIMIENTO: <i>Wihm G.</i>