

Fecha Recepción: \_\_\_\_\_ Remisión #: \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_

Código Equipo: **172055 196022** Fecha Inicio: \_\_\_\_\_ Fecha Fin: \_\_\_\_\_

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI  NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_ FECHA FIN AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_

#	DESCRIPCIÓN	SI	NO	FECHA INICIO	FECHA FIN	OBSERVACIONES

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CARGANDO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLENO	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión (E1-E2)	Pila (E3-E4)	"Fijo a 0" (E5-E6)				E1-E2	E3-E4	E5-E6			E7-E8	E9-E0	E1-E2
					(E7-E8)	(E9-E0)	(E1-E2)				(E3-E4)	(E5-E6)	(E7-E8)			(E9-E0)		
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No	Si	Cual?											
2. RUÍDO EXTRAÑO	Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN			Bueno	Mal						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																		
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES																		
7. CONTROL DE TEMPERATURA										Buena	Cálida							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.L.V	Verificar voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = P (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (E1 - E6)	
2	Fuga Manual	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y (E1-E6))	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CARGANDO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLENO	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión (E1-E2)	Pila (E3-E4)	"Fijo a 0" (E5-E6)				E1-E2	E3-E4	E5-E6			E7-E8	E9-E0	E1-E2
					(E7-E8)	(E9-E0)	(E1-E2)				(E3-E4)	(E5-E6)	(E7-E8)			(E9-E0)		
FIRMA MANTENIMIENTO: <i>Walter G.</i>																		