OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 08/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 29-9-22 | Remisión #: 169191 | Auxiliar Mantenimiento: M Patiño | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NAI-1579B | Fecha Inicio: 29-9-22 | Fecha Fin: 7-10-22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

HISTORIA SOPORTADO (PROVEEDOR DE SERVICIO)

FALLA	SARO	CLAVE DARO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	ORGENO (90% - 96%)	FLUJÓMETRO (5 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED)	REJILLAS (0 - Hrs)	FILTROS (0 - Hrs)	BASE (0 - Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 400)	CÓDIGO DE BARRAS: BARRAS (50 - 400)	RUEDAS (0 Hrs)	OBSERVACIONES
SI	15975	53	51.4	5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Generó Alarma: No Y | Si | Cuál?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [ ] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: equipo baja presión, se hace mtto al compresor

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: SI | Con Sobrecalentamiento:

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	FUERTE
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Anillos	2		Tornillos	2
	Mariposa	1		Juego de bieta	1
	Tierra bieta	1		Aleta	1

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo > 0 (Cierre Rotámetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	ORGENO (90% - 96%)	FLUJÓMETRO (5 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED)	REJILLAS (0 - Hrs)	FILTROS (0 - Hrs)	BASE (0 - Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 400)	CÓDIGO DE BARRAS: BARRAS (50 - 400)	RUEDAS (0 Hrs)	OBSERVACIONES
SI	15976	50	50	5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO

FIRMA MANTENIMIENTO: Moneta Patiño