

OxPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMULARIO Código: BAO-MAQ-PR-006 Versión: 1 Fecha Actualización: 05/06/2019 Página 1 de 2	
Fecha Recepción	3-10-22	Revisión	169449	Auxiliar Mantenimiento	M. P. Latino		No. Orden
Código Equipo	NN-2750	Fecha Inicio	3-10-22	Fecha Fin	3-10-22		
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO		
(VALLE) (TIPO) (CICLO) (CANT)		FILTRO externo lateral FILTRO externo central		1	1	SI	NO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUEDEAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fuga a B" (SI-NO)	RELLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	BASE (SI-NO)	BASE (SI-NO)			BASE (SI-NO)
En Mantenimiento	67	99.1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	M.H.O.
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno		Malo			
6. DAÑOS IDENTIFICADOS		se cambia kit de mangueras 67 (21, 22, 20)															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno		SI		Con Subreservatorio							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila A.S.V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fuga	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otras:		
7	Otras:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit de mangueras	1			
	Kit de mangueras	4			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga "B" (Cloro Fluoruro)	Se verifica activación de alarma (L1 - LD - E2)	OK
2	Fuga Medio	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED Infrarrojo y (L1-LD-E2)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alaire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otras:		
6	Otras:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUEDEAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fuga a B" (SI-NO)	RELLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	BASE (SI-NO)	BASE (SI-NO)			BASE (SI-NO)
En Mantenimiento	67	99.1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado
FIRMA MANTENIMIENTO															Monela Palma		