OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	MPatino	No. Orden	

VERIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-3841B	Fecha Inicio	3-9-22	Fecha Fin	3-10-22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

INFORMACIÓN REGISTRADA EN CONCENTRADOR DE OXÍGENO

Filtro ext bacal.				2		SI		NO				
Filtro ext central				1		SI		NO				
						SI		NO				
						SI		NO				
						SI		NO				
						SI		NO				
						SI		NO				

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL EQUIPO DE ALTO CAUDAL DADO POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (0-5 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5-9 v)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	ROLLIZAS (0 - lts)	FILTROS (0 - lts)	BASE (0 - lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0 - MC)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (0 - MD)	RUEDAS (0 lts)	OBSERVACIONES
	15446	7.1	90				ES							MTO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		General Alarma	No		SI		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo					
6. DAÑOS IDENTIFICADOS								
8. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bluna	SI		Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte.
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LC
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir sunguara de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (0-5 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5-9 v)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	ROLLIZAS (0 - lts)	FILTROS (0 - lts)	BASE (0 - lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0 - MC)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (0 - MD)	RUEDAS (0 lts)	OBSERVACIONES
	15497	6.7	94				ES							Aprobado.

FIRMA MANTENIMIENTO