



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 711
 Versión: 02
 Fecha Actualización: 03/06/2019
 Página 1 de 2

Fecha Recepción: **10-22** Remite a: **160366** Asesor Mantenedor: **M. PATINO** No. Orden: _____

Código Equipo: **AN-27983** Fecha Inicio: **5-10-22** Fecha Fin: **5-10-22**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPOSTO CAMBIADO
			interruptor			SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ENCUESTA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HOMOMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REGLAS	FILTROS	MANGA	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	PIA (SI/NO)	"Fuga a 2" (SI/NO)	SEALAS (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)	MANGA (SI/NO)				BARRAS (SI/NO)	BARRAS (SI/NO)		
	21458	62	943	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MHE
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Genero Alarma		No	X	SI	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	Mali					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Males			Bueno	Mali					
3. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

BUENO

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba (Simulación)	Descripción	Resultado
1	Fuga "2" (Clase Fugitivo)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - ES)	
2	Fuga Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (L1-L2-ES)	
3	Desconexión alarma	Activación alarma sonora	
4	Desconexión alarma de fuga	Desconexión línea eléctrica	
5	Activación de válvula de aire	Operar manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

BUENO

En Mantenimiento	HOMOMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REGLAS	FILTROS	MANGA	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	PIA (SI/NO)	"Fuga a 2" (SI/NO)	SEALAS (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)	MANGA (SI/NO)				BARRAS (SI/NO)	BARRAS (SI/NO)		
	21458	63	943	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado
FIRMA MANTENIMIENTO: Vincent Patino																	