OXIPRO

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 5-10-22 | Remisión #: 169627 | Auxiliar Mantenimiento: M Patino | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-1287B | Fecha Inicio: 5-10-22 | Fecha Fin: 5-10-22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(90%-96%)	(Si-No)	Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	BASE (Si-NO)	MANIJA (Si-NO)	(Si-No)	
	29524	7.1	93.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mtto

1. CICLADO | Tiempo de la prueba | | Generó Alarma | No | | Si | | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No | | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Bueno | | Malas | | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Bueno: SI | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5,5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(90%-96%)	(Si-No)	Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	BASE (Si-NO)	MANIJA (Si-NO)	(Si-No)	Aprobado
	29525	6.7	93.9	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patino