

Fecha Recepción: **B-10-22** Remisión #: **169522** Auxiliar Mantenimiento: **MARTINO** No. Orden:

Código Equipo: **MU-1805R** Fecha Inicio: **5-10-22** Fecha Fin: **5-10-22**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALLA: SE DAÑO CILINDRO				
Filtro ext. lateral				

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLANOS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (E-0)	Pila (E-0)	"Flujo a 0" (E-0)	(E-1)	(E-2)	(E-3)				(E-4)	(E-5)		
	18963	65	0	51	51	51	65	5	5	5	5	5	5	5	5	5	MAYO
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Genero Alarma			No	X	SI		Cum?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas		Y	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN		Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES																	
Buenas																	
7. CONTROL DE TEMPERATURA																	
Buena SI																	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	O
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	O
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	O
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	O
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L0 - E0)	O
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L0-E5)	O
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	O
4	Desconexión técnica de flujo	Desconexión línea eléctrica	O
5	Activación de válvula de alivio	Control manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLANOS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (E-0)	Pila (E-0)	"Flujo a 0" (E-0)	(E-1)	(E-2)	(E-3)				(E-4)	(E-5)		
	18964	60	0	51	51	51	65	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Aprobado
FIRMA MANTENIMIENTO: Martina Martino																	