



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: OAD-0004-FR-001
Revisión: 1 Fecha Actualización: 02/08/2019
Página 1 de 2

Fecha Revisión: 6-10-22 Versión: 169370 Auxiliar Mantenimiento: M. P. Patiño No. Orden:

Identificación del equipo: Código Equipo: SN0193977 Fecha Inic: 6-10-22 Fecha Fin: 6-10-22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: FALCA, BARRA, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, SI, REPORTE, REPIENTE CAMBIADO. Includes a section for 'DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE'.

PRUEBAS DE MANTENIMIENTO

Table with columns: En Mantenimiento (HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO), PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, "Flujo a S"), REJILLAS, FILTROS, BARRA, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes like 'Buena', 'SI', and 'MHO'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma' with handwritten results.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo a S (Cierre Regulador)', 'Fuga Manera', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de flujo', 'Activación de válvula de alivio'.

Table with columns: En Mantenimiento (HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRA, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten signature 'Aprobado' and 'Mónica Patiño'.