

Fecha Realización: 6-10-22 Revisión: 169770 Asesor Mantenimiento: M. PATINO No. Orden:

Código Equipo: AN-4589AB Fecha Inicio: 6-10-22 Fecha Fin: 6-10-22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	CANTIDAD	NO. REPORTE	RESULTADO CAMBIADO
FACTA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN				SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No

En Mantenimiento	HONOMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fuga a 5" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)		
66967937	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MAYO
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Ciclos		Ciclos		Ciclos		Ciclos		Ciclos		Ciclos		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES	Buenas				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	8. CONTROL DE VIBRACIONES		SI	Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Clas:		
7	Clas:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Ciano Flujo)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	OK
2	Fuga Mancha	Se verifica activación de alarma visual y sonora (L1-L2-E2)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvulas de alivio	Observar mangos de salida de aire de compresor	OK
6	Clas:		
7	Clas:		
8	Clas:		

En Mantenimiento	HONOMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fuga a 5" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)		
67163937	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	+Probado
FIRMA MANTENIMIENTO														M. PATINO	