



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: OAD-MAN-FR-005
 Versión: 1
 Fecha Actualización: 03/06/2013
 Página 1 de 2

Fecha Recepción: 5-10-21 Mandato #: 169622 Auxiliar Mantenimiento: M. PÉREZ

Código Equipo: 2080760000086 Fecha Inicio: 7-10-21 Fecha Fin: 7-10-21

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

CALIDAD	LUGAR	CONDICIONES	INDICADOR	FECHA	REPORTE	COMENTARIO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CONSUMO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA					REGLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES		
					DESCONEXION (2-3)	PILA (3-4)	"FLUJO a 0" (1-2)	REGLAS (2-3)	FILTROS (3-4)				BASE (3-4)	BASE (1-2)	BASE (2-3)			BASE (3-4)	
169622	43	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		3 ESTADO DE MANDERAS		Buenos		Malos		4. SISTEMA DE REFRIGERACION					Bueno		Malos		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		Equipo llega en prueba balance se requiere reparos para mini y wheel equipo presenta un ruido blanco internamente																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno		Con Sobrecalentamiento													

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultados
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarma (L1 - L2 - E2)	
2	Flujo Medio	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E2)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	
5	Activación de alarma de alto	Clasificar muestra de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CONSUMO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA					REGLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES		
					DESCONEXION (2-3)	PILA (3-4)	"FLUJO a 0" (1-2)	REGLAS (2-3)	FILTROS (3-4)				BASE (3-4)	BASE (1-2)	BASE (2-3)			BASE (3-4)	
18726312	51	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Reparación manuela Pérez