



Call Center Oxipro <callcenter@oxiprosas.com>

cambio ocncentrador

3 mensajes

INGRITH ENRIQUEZ <oxigeno.servisalud@gmail.com>

10 de octubre de 2022, 8:30

Para: Notificaciones oxigeno <notificaciones@oxiprosas.com>, Contact Service <callcenter@oxiprosas.com>

Cc: Constanza Rosas <gestioncomercial@oxigenoensucasa.com>

Buen Dia

Cordialmente solicito cambio de concentrador de alto flujo abajo fluo

HERNANDO ORTIZ C.C 17079432

Gracias

Quedo Atenta

--

Ingrith Enriquez
Terapeuta Respiratoria
SERVISALUD QCL

Call Center Oxipro <callcenter@oxiprosas.com>

10 de octubre de 2022, 9:24

Para: INGRITH ENRIQUEZ <oxigeno.servisalud@gmail.com>

Buen dia

Agradezco su colaboración en confirmar litros y horas de nuevo consumo del paciente

Cordialmente

Cristhian lopez
Asesor de Oxígenos
Contative SAS
4320520

CONFIDENCIAL CONTACTIVE SAS: La información contenida en este mensaje es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona o la organización a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenvíelo y borre el mensaje recibido inmediatamente.

[El texto citado está oculto]

INGRITH ENRIQUEZ <oxigeno.servisalud@gmail.com>

10 de octubre de 2022, 9:33

Para: Call Center Oxipro <callcenter@oxiprosas.com>

Informó paciente cuenta con oxígeno líquido , el cual se respalda con este sistema están disminuyendo litros , por el cual se solicita cambio de alto a bajo flujo el concentrador

Gracias

Quedo Atenta

[El texto citado está oculto]