ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código:	GAD.MAN-F-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 02/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 8-10-22 | Remisión #: 169919 | Auxiliar Mantenimiento: M Patino | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-21123B | Fecha Inicio: 10-10-22 | Fecha Fin: 13-10-22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ESTOMA REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ACTA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-6m)	FILTROS (5l-6m)	BASE (5l-6m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 6l)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - 6l)	RUEDAS (5l-6m)	OBSERVACIONES
	14863	63	95	5l	5l	5l	65	5l	5l	5l	5l	5l	5l	M+O

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No	X	Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5l	Con Sobrecalentamiento		

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS ALARMA

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit de manguera filtro de oxigeno	1			

PRUEBAS DE SEGURIDAD

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	OK
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo = LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea electrica	OK
5	Activación de válvula de aires	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-6m)	FILTROS (5l-6m)	BASE (5l-6m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 6l)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - 6l)	RUEDAS (5l-6m)	OBSERVACIONES
	14863	63	96	5l	5l	5l	65	5l	5l	5l	5l	5l	5l	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Daniela Patiño G