OXPro

# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Código | GAD-MAN-FR-008 |
| Versión 1 | Fecha Actualización: 05/08/2019 |
| | Página 1 de 2 |

| Fecha Remisión | 13-10-22 | Remisión # | 170268 | Auxiliar Mantenimiento | M Patino | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## IDENTIFICACION DEL EQUIPO

| Código Equipo | DM190815030 | Fecha Inicio | 13-10-22 | Fecha Fin | 13-10-22 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

## HOJA DE MANTENIMIENTO

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0-7 PSI) | OXIGENO (90% - 95%) | FLUJOMETRO (Ml-Min) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Ml-Min) | Pila (Ml-Min) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (Ml-Min) | FILTROS (Ml-Min) | BASE (Ml-Min) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Ml-Min) | MANIJA (Ml-Min) | RUEDAS (Ml-Min) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8467 | | | | | | N/A | SI | SI | SI | SI | SI | S | MATO |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | | Generó Alarma | No | | Si | | Cual? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | No | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | | Malo |

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: El flujometro no funciona.

| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | N/A | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Bueno | Si | Con Sobrecalentamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|

## PRUEBAS

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5 V | Verifica voltaje de la pila | |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

Descripcion del diagnóstico identificado

## REPUESTOS USADOS

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## PRUEBAS ALTERNAS PARA VERIFICAR CONDICIONES DE LA LINEA ENTRADA

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | |
| 2 | Flujo Máximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES) | |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta línea eléctrica | |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0-7 PSI) | OXIGENO (90% - 95%) | FLUJOMETRO (Ml-Min) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Ml-Min) | Pila (Ml-Min) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (Ml-Min) | FILTROS (Ml-Min) | BASE (Ml-Min) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Ml-Min) | MANIJA (Ml-Min) | RUEDAS (Ml-Min) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8472 | | | | | | N/A | | | | | | | Reparación |

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patino