



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO OAD-011A-FR-028
Versión: 3
Fecha Actualización: 10/03/2012
Página 1 de 2

Fecha Recepción: 15-10-11 Revisión #: 170452 Asesor Mantenimiento: M. Palmo No. Orden:

Código Equipo: NN-3535B Fecha Inicio: 19-10-11 Hora Inicio Labor: 8:00 Fecha Fin: 19-10-11

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CORRE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID REPORTE, APROBADO CAMBIADO. Includes a section for 'DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE'.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, NEUMÁTICAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes sections for 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests for battery voltage, air leaks, electrical connections, electronic connections, and alarm test. Results are marked as 'OK'.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests for flow rate, alarm sound, visual alarm, electrical disconnection, and air filter. Results are marked as 'OK'.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, NEUMÁTICAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes 'FIRMA MANTENIMIENTO' section with signature 'Manuela Palmo'.