



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: SAC-MAN-PR-009
Versión: 3
Fecha Actualización: 10/03/2022
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 15-10-21
Remisión #: 170452
Asesor Mantenimiento: M. Latino
No. Orden: []
Código Equipo: NN-111B
Fecha Inicio Labor: 19-10-21 8:00
Fecha Fin: 19-10-21

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA

PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
Filtro ext lateral (uso)				
Filtro ext central (uso)				

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento

Presión	Quemado	Fluorómetro	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	BATE (SI-NO)	MARCA (SI-NO)	(SI-NO)	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MAIO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba [], Generó Alarma [No], Culf? []
2. RUIDO EXTRAÑO: SI [], No [X]
3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X], Malas []
4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X], Malo []
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas [], Con Sobrecalentamiento []

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	[]
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	[]
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	[]
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	[]
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	[Fuerte]
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: []

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Clase Regulator)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L0 - E5)	[]
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) (L1-L0-E5)	[]
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	[]
4	Desconexión tarjeta de Pila	Desconecta línea eléctrica	[]
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	[]
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento

Presión	Quemado	Fluorómetro	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	BATE (SI-NO)	MARCA (SI-NO)	(SI-NO)	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado mantenimiento

FIRMA MANTENIMIENTO: []