



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA TO  
Código: SICAM/FB-08  
Versión: 1 Fecha Actualización: 02/02/2019  
Página 1 de 2

Fecha: 31/01/22 Remediador: 167055 Auxiliar: M. Patino No. Orden:

Código Equipo: NN-17935 Fecha Inicio: 31/01/22 Fecha Fin: 1/02/22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FUGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
Kit de mangueras tarjeta de programación filtro de aire filtro lateral (50)					
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO

En Mantenimiento	NOMENCLATURA	PRESION	ORDEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			MANGUERA	FILTRO	VALVULA	CODIGO DE FALLAS			RUIDOS	OBSERVACIONES
					Descarga	Pila	Fuga y P				01-01	01-02	01-03		
					SI/NO	SI/NO	SI/NO				SI/NO	SI/NO	SI/NO		
	7A35A G2			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTO Correctivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Genero Alarma			No	SI	SI	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	X	Malo
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	SI	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas			7. CONTROL DE TEMPERATURA			Bueno	S			Con Submatenimiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros:		
7	Dem:		
Descripción del diagnóstico identificado:			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga + 2 (Carga Regulada)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L7 - S8)	OK
2	Fuga Manual	Se verifica activador de alarma visual y sonora (LED rojo y LED amarillo y (L1-L7-S8))	OK
3	Descarga eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Descarga de tarjeta de flujo	Descarga línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	NOMENCLATURA	PRESION	ORDEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			MANGUERA	FILTRO	VALVULA	CODIGO DE FALLAS			RUIDOS	OBSERVACIONES
					Descarga	Pila	Fuga y P				01-01	01-02	01-03		
					SI/NO	SI/NO	SI/NO				SI/NO	SI/NO	SI/NO		
	0162929			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO Mantenido Bateria 6	