OXIPRO

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MMM-FR-000
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2018
Página 1 de 3	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	MPatiño	No. Orden	

Código Equipo	SN0139217	Fecha Inicio	1/9/22 8:05	Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LL-LO)	REJILLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - No)	MANGUERA (Si - No)	RUEDAS (Si - No)	OBSERVACIONES
	7446	6	372.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Reparacion MTO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	ES VI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LL-LO)	REJILLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - No)	MANGUERA (Si - No)	RUEDAS (Si - No)	OBSERVACIONES
				SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Reparacion

FIRMA MANTENIMIENTO: MPatiño