OXPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO Código: GAD-MAN-FR-009 Versión: 1 Fecha Actualización: 05/08/2016 Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Martino	No. Orden	

Código Equipo	DM1908 15183	Fecha Inicio	1/9/22	Fecha Fin	1/9/22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO			
								Si		No
								Si		No
								Si		No
								Si		No
								Si		No
								Si		No
								Si		No

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 Pts)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (El-Ma)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Ma)	Pila (El-Ma)	"Flujo x 0" (L1-L2)	RELEJAS (El-Ma)	FILTROS (El-Ma)	BASE (El-Ma)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El-Ma)	CÓDIGO DE BARRAS: RELEJA (El-Ma)	RUEDAS (El-Ma)	OBSERVACIONES
	2145	7	93.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mtto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1:40	Generó Alarma	No	X	Si		Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	✓	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	CK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	CK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	CK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E5)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED flujo o LED amarillo y (L1-L2-E5)	CK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	CK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	CK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	CK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 Pts)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (El-Ma)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Ma)	Pila (El-Ma)	"Flujo x 0" (L1-L2)	RELEJAS (El-Ma)	FILTROS (El-Ma)	BASE (El-Ma)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El-Ma)	CÓDIGO DE BARRAS: RELEJA (El-Ma)	RUEDAS (El-Ma)	OBSERVACIONES
	2146	7	94.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Mansalfatino