OXIPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO	
		Codigo	SAD-MAN-FR-005
		Versión: 1	Fecha Actualización: 30/06/2016
		Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Mrdtiro	No. Orden	

Codigo Equipo	OM19001515 3	Fecha Inicio	19/12 8:00	Fecha Fin	19/12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORDEÑO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			HIDRULAS	FILTROS	SAND	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(a 7 Pb)	(80% - 90%)	(Ib/Hr)	Desconexión (Ib/Hr)	Pila (Ib/Hr)	"Flujo a 0" (L/Ib)	(Ib/Hr)	(Ib/Hr)	(Ib/Hr)	Sand (Ib/Hr)	Sandy (Ib/Hr)	(Ib/Hr)	
26	2	91.7	51	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba			Generó Alarma	No		Si		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno			Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.E. V	Verifica voltaje de la pila	SI (SL)
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	FUERTE
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EO)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-EO)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORDEÑO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			HIDRULAS	FILTROS	SAND	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(a 7 Pb)	(80% - 90%)	(Ib/Hr)	Desconexión (Ib/Hr)	Pila (Ib/Hr)	"Flujo a 0" (L/Ib)	(Ib/Hr)	(Ib/Hr)	(Ib/Hr)	Sand (Ib/Hr)	Sandy (Ib/Hr)	(Ib/Hr)	Arreglado
207.7	92	51	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO: Vanedu Alfaro