OXiPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO
		Código: GAO-MAN-FR-009
		Versión: 1 · Fecha Actualización: 05/06/2019
		Página 1 de 2

Fecha Remisión	30/8/22	Remisión #	1669949	Auxiliar Mantenimiento	MPatino	No. Orden	

Codigo Equipo	NAI-7606	Fecha Inicio	2/9/22, 1:50	Fecha Fin	7/9/22 1:30

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

					Si		No
		Kit de mangueras			Si		No
		Filtro de control (uso)			Si		No
					Si		No
					Si		No
					Si		No
					Si		No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LL-ES)							
	(Hrs)	(4-7 PSI)	(90%-96%)	(Si-No)				(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	BASE (Si-No)	MARCA (Si-No)	(Si-No)	
	20610	6.8	92.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mtto Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1h 50.	Generó Alarma	No	X	Si		Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	ES
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	ok
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	ok
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	ok
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"							Aprobado
	(Hrs)	(4-7 PSI)	(90%-96%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(LL-ES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	BASE (Si-No)	MARCA (Si-No)	(Si-No)	
	20612	6.3	93.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO: Mariela Patino