OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	SAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 30/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Martino | No. Orden:

Código Equipo: NW-2953B | Fecha Inicio: 29/11/22 8.00 | Fecha Fin: 29/11/22 10.00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

			Fuera Cert.													

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (30-40c)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0.5s)	Pila (0.4s)	"Flujo a 0" (3.0-4s)	SENSORES	FILTROS	AIRE	CODIGO DE BARRAS: BARS (0 - 1KG)	BARRAS (0 - 1KG)	RUEDAS (30-40c)	OBSERVACIONES
	1004	66	93	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto Preventivo

1. CRDLADO: Tiempo de la prueba: 1h 50 | Damero Alarma: No | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOR:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Roveras | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno SI | Con Subrecalentamiento:

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumáticas del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	FUERTE
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de concentrador	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (30-40c)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0.5s)	Pila (0.4s)	"Flujo a 0" (3.0-4s)	SENSORES	FILTROS	AIRE	CODIGO DE BARRAS: BARS (0 - 1KG)	BARRAS (0 - 1KG)	RUEDAS (30-40c)	OBSERVACIONES
	1009	56	92	35	SI	9	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO

FIRMA MANTENIMIENTO: Martha Patricia