ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAC-MAN-FR-006
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2015
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 25/07/21 | Remisión #: 16606 | Auxiliar Mantenimiento: MARTINO | No. Orden:

Codigo Equipo: NA-41936 | Fecha Inicio: 29/07/21 8:15 | Fecha Fin: 29/07/21

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA EN EL EQUIPO

			cable de Poder																		
			manguera 52 cm																		
			1/4 de manguera																		
			Fallo de aire																		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (50 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Fila (50 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	SELLAR (0 - 1m)	FILTROS (0 - 1m)	BASE (0 - 1m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - 40)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGO (20 - 40)	RUEDAS (20 lpm)	OBSERVACIONES
	04071	65948	SI	SI	SI	SI	E5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	5h	Genero Alarma	No		Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 9.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	FUERTE.
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre fluómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	E5
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (50 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Fila (50 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	SELLAR (0 - 1m)	FILTROS (0 - 1m)	BASE (0 - 1m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - 40)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGO (20 - 40)	RUEDAS (20 lpm)	OBSERVACIONES
	04072954		SI	SI	SI	9	E5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aplicado

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]