ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	MPatiño	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NW-7303	Fecha Inicio	5/9/22	Fecha Fin	5/9/22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
	Kit de mangueras			Si		No	
	Falta de aire			Si		No	
				Si		No	
				Si		No	
				Si		No	
				Si		No	
				Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

[illegible]			FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			HUELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
				Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANGA		
12904	2	29.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mtte Correctivo

	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No	X	Si		Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno	X	Malo	

5. [illegible]	

6. [illegible]	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	[illegible]	Verifica estado de la pila	SU
	[illegible]	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
	[illegible]	Se verifican [illegible] del equipo	OK
	[illegible] de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte

[illegible]

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	[illegible]	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
	[illegible]	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
	[illegible]	Desconexión línea eléctrica	OK
	[illegible]	[illegible]	OK

[illegible]			FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			HUELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
				Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANGA		
12905	7.	91.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Manda Patiño