



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO:
Código: 242 (MAY 19 2008)
Versión: 1
Fecha Actualización: 05/06/2010
Página 1 de 2

Fecha Recepción: Remisión # Asesor Mantenimiento: M Patiño No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Código Equipo: NN-2511B Fecha Inicio: 5/9/12 Fecha Fin: 5/9/12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, SI, REPORTE, REPOSTO CAMBIADO. Includes handwritten entries: kit de manguera, filtro de aire, filtro lateral.

DETALLE ADICIONAL DAÑO POR PACIENTE

Form with sections: 1. DCLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. DAÑOS IDENTIFICADOS, 4. ESTADO DE LAS CONEXIONES. Includes handwritten notes like 'Buena' and '31'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests like 'Prueba Pila S.S. V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica'.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT.

Table with columns: No., Prueba (Simulación), Descripción, Resultado. Includes tests like 'Fuga + 2 (Carga Negativa)', 'Fuga Menor'.

Form with columns: PRUEBAS DE ALARMA, CÓDIGO DE BARRAS, RUIDOS. Includes handwritten notes: 'Aprobado', 'Monola Patiño'.