ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-MAN-FR009
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: M Patino | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: NW-194B | Fecha Inicio: 6/9/22 8:32 | Fecha Fin: 6/9/22 9:40

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

PIEZA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

INFORMA HORARIO CONCENTRADOR DE OXIGENO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (5l-Max)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Max)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-Max)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 2" (LLAVE)	SELLOS (5l - Max)	FILTROS (5l - Max)	BASE (5l - Max)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 140)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDA (50 - 140)	RUEDAS (5l-Max)	OBSERVACIONES
	11590	6093.0	SI	SI	SI		ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTO. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1h 10.	Genera Alarma	No	X	SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	^	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	SI		Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumatica del equipo	SI
3	Conexión electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Sierre Rotámetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y LLLD-ES)	SI
3	Desconexion electrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexion terpela de flujo	Desconexión linea electrica	SI
5	Activacion de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (5l-Max)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Max)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-Max)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 2" (LLAVE)	SELLOS (5l - Max)	FILTROS (5l - Max)	BASE (5l - Max)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 140)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDA (50 - 140)	RUEDAS (5l-Max)	OBSERVACIONES
	6539	6091.9	SI	SI	SI		ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patino