ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-F-R-005
Version: 1	Fecha Actualizacion: 03/08/2016
Página 1 de 2	

Fecha: 8/4/17 Remisión #: 167283 Auxiliar Mantenimiento: MPatiño No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

NN-27008 Fecha Inicio: 8/4/17 7:40 Fecha Fin: 8/9/17 9:25

GRUPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
		Si		No
		Si		No
		Si		No
		Si		No
		Si		No
		Si		No
		Si		No

DETALLE ADICIONAL (PIEZAS USADAS POR PACIENTE)

PRUEBAS DE ALARMA			HEMBRAS	FILTROS	MACHOS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
Desconexión (Si-No)	Flujo (Si-No)	"Flujo a 0" (LEVEL)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	BASE (Si - NO)	MANIJA (SI - NO)	(Si-No)	mto preventivo
BGT 6.1	980	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Tiempo de la prueba: 1h 43m Tiempo Alarma: No. X Si Cual?

1. CUIDADO EXTERNO	Si	No	X	2. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo

3. CALIFICACION

Buenas

7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	S	Con Sobrecalentamiento

Prueba	Descripción	Resultado
	Se verifica el estado de la silla	OK
	Se verifica conexion neumatica del equipo	OK
	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
	Se verifica el estado de la manguera del equipo	OK
Prueba alarma	Se verifica sonido de las alarmas	Fuerte

DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

Prueba	Descripcion	Resultado
	Se verifica indicación de alarmas (LL - LO - EE)	OK
	Se verifica indicación de alarma visual y sonora (LED Rojo - LED amarillo y (LL-LO-EE)	OK
	Indicación alarma sonora	OK
	Desconexión línea eléctrica	OK
	Indicación de alarma por desconexión	OK

PRUEBAS DE ALARMA			HEMBRAS	FILTROS	MACHOS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
Desconexión (Si-No)	Flujo (Si-No)	"Flujo a 0" (LEVEL)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	BASE (Si - NO)	MANIJA (SI - NO)	(Si-No)	Aprobado
186860	9474	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patiño