



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO Log: UN-0001-FR-008 Version: 1 Fecha Actualización: 22/06/2018 Página: 1 de 2

Fecha Reporte: 01/02/2017 Revisado: 16/07/2017 Asesor Mantenimiento: mpa@inc No. Orden:

Código Equipo: SN 0122590 Fecha Inicio: 01/02/2017 Fecha Fin: 01/02/2017

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAJA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, BARRA, CLASE BARRA, DESCRIPCION, CANTIDAD, SI REPORTE, REPARADO CAMBIADO. Includes handwritten entries for 'EQUIPO con fuga FURTO'.

DETALLES ADICIONALES PEDIDOS POR PACIENTE: EQUIPO con fuga FURTO

Table with columns: Ecu. Mantenimiento (HIDROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRA, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data and 'mto'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests for voltage, leaks, electrical connections, and alarm tests. Results are handwritten as 'BUEN' and 'FURTO'.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests for alarm simulation and detection. Results are handwritten as 'BUEN' and 'FURTO'.

Table with columns: Ecu. Mantenimiento (HIDROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRA, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten 'Reparación' and signature.

FIRMA MANTENIMIENTO: [Signature]