OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: [illegible]
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	MPATING	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-2552B	Fecha Inicio	8/9/22 9:42	Fecha Fin	8/9/22 11:05

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

[illegible]	CANT / CLASE (HAB)	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EL APORTE	REPUESTO CAMBIADO	
		filtro central			Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ANTES MANTENIMIENTO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BANDA	RUEDAS	OBSERVACIONES
				(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	[illegible]	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	
6881 27953			SI	SI	SI		ES	SI	NO	SI	SI	SI	SI	MTO Preventivo

1. [illegible] Tiempo de la prueba — Generó Alarma: No / Si — Cuál?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno		Malo	

5. [illegible] IDENTIFICADOS

6. [illegible] DE LAS [illegible] — 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno / Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	[illegible]	Verifica voltaje de la pila	50
	[illegible]	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
	[illegible]	Se verifican [illegible] electrónicas del equipo	OK
	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
	Otro		

[illegible]

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	[illegible]	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E6)	ES
	[illegible]	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L3-E6)	OK
	[illegible]	Activación alarma sonora	OK
	[illegible]	Desconexión línea eléctrica	OK
	[illegible]	[illegible]	OK

[illegible]	[illegible]	[illegible]	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BANDA	RUEDAS	OBSERVACIONES
			(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	[illegible]	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	Aprobado
6935 08928			SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO: Marieta Patino