



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: SAC-MAN-FR-005
Versión: 1
Fecha Actualización: 15/06/2019
Página 1 de 2

Fecha Recepción: _____ Remanente # _____ Auxiliar Mantenimiento: **Martino** No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: **SW0193568** Fecha Inicio: **09/02/2010** Fecha Fin: **01/02/11:10**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CARTAS	SI	REPORTE	REPUERTO CAMBIADO
							No
							No
							No
							No
							No
							No
							No
							No
							No
							No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	PIA (SI/NO)	"Fuga a F" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)		
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTO Preventivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba				1h	30	Descon. Alarma	No	X	SI			Cuñt		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	X		3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	SI		Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5.5
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o fuera	fuerte
6	Otro		
7	Otro		
Descripción del diagnóstico identificado			

CÓDIGO	DESCRIPCION	CART	CÓDIGO	DESCRIPCION	CART

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Purga (1) (Cierre Suplemento)	Se verifica activador de alarmas (L1 - L2 - E3)	OK
2	Purga Manera	Se verifica activador de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E3)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión ligada de fuga	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de pila	Disturbio manguera en salida de aire de compresor	fuerte
6	Otro		
7	Otro		
8	Otro		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	PIA (SI/NO)	"Fuga a F" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)		
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO Martino
FIRMA MANTENIMIENTO: Martino															