ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-008
Version: 1	Fecha Actualizacion: 02/08/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: MPatino | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-127HB | Fecha Inicio: 8/9/21 1:38 | Fecha Fin: 8/9/21 1:30

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SISTEMA REPORTADO OPERACIÓN DEL SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	NO. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

ANTES DEL MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-4m)	FILTROS (5l-4m)	BASE (5l-4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l-4m)	BANDA (5l-4m)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	98963956	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 24 | Genera Alarma: No | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No: X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas: X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno: X | Malo

5. CAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: SI | Con Subrefacionamiento:

PRUEBAS FUNCIONALES

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Buena
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Buena
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Buena
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Buena
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	Bien
2	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Bien
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bien
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Bien
5	Activación de válvula de alivio	Obturar manguera de salida de aire de compresor	Bien
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

DESPUES DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-4m)	FILTROS (5l-4m)	BASE (5l-4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l-4m)	BANDA (5l-4m)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	98960952	SI	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Realizado

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patiño