ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Código	SAD-MANUFR-026
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-1622B	Fecha Inicio	12/09/2022 10:55	Fecha Fin	1209/2022 12:30

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
	X		Kit Manguera	1		Si	X	No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PALCENTE

Mantenimiento a Compresor

ANTES DEL MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (1,5-E5)	RICHLAS (0 - No)	FILTROS (0 - No)	BASE (0 - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0 - MAL)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (0 - MAL)	RUEDAS (0 - No)	OBSERVACIONES
	1465	6.2	93.8	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1 h 30	Genero Alarma	No	X	Si		Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenos		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	X	Con Sobrecalentamiento							

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 6,5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumatica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre fluxómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LB - E3)	E5
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LS-E5)	LO
3	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (1,5-E5)	RICHLAS (0 - No)	FILTROS (0 - No)	BASE (0 - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0 - MAL)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (0 - MAL)	RUEDAS (0 - No)	OBSERVACIONES
	1467	6.0	92.8	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO